

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП-409

Паспорт

ВР37.04.100ПС

г. Нижний Новгород 2018 г.

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества гидропанели.

При возникновении любых затруднений при работе с гидропанелью обращайтесь к нам письменно или по телефону.

почтовый адрес	603000 г. Н.Новгород, а/я 80
телефон/факс	(831) 229-65-30, 229-65-50 412-29-40, 412-39-53
E-mail:	market@vzor.nnov.ru
http:	www.vzornn.ru
директор	Киселев Евгений Валентинович
гл. конструктор	Родионов Алексей Константинович
зам. гл. конструктора	Крюков Константин Евгеньевич
зам. директора по маркетингу	Олешко Александр Владимирович
начальник отдела маркетинга	Выставкина Оксана Владимировна

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В изделия допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	4
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	4
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
5 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	7
6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	7
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	8
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	9

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на гидропанель ГП-409 ВР37.04.100РЭ (в дальнейшем – гидропанель).

1.2 При передаче гидропанели в гарантийный ремонт паспорт ВР37.04.100ПС передается вместе с гидропанелью.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование и обозначение изделия

- Гидропанель ГП-409 ВР37.04.100
- Гидропанель ГП-409-01 ВР37.04.100-01
- Гидропанель ГП-409-02 ВР37.04.100-02

№ _____

Дата изготовления: « _____ » _____ 20 ____ г.
(число) (месяц)

2.2 Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)

Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

Почтовый адрес: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, а/я 80.

Телефон/факс (831) 229-65-30, 229-65-50, 229-62-98.

E-mail: market@vzor.nnov.ru

http: www.vzornn.ru

2.3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ВР37.04.100РЭ.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки гидропанели ГП-409 соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Количество
1 Гидропанель ГП-409	ВР37.04.100	1
2 Крепление для переливного устройства: – хомут нержавеющей – 1 шт.; – шпилька-шуруп М8×80 – 1 шт.; – дюбель распорный S10×50 – 1 шт.	– – –	1
3 Комплект монтажных частей: – трубка (подводящая) – 1 шт.; ПВХ СТ-18 Ø _{внутр.} 7×1,5; L = 1000 мм – трубка (сливная) – 1 шт.; ПВХ СТ-18 Ø _{внутр.} 16×2; L = 500 мм	ВР30.08.180 – –	1
4 Комплект запасных частей: – предохранитель температурный – 3 шт.	ВР30.08.160 ВР30.08.140	1
5 Руководство по эксплуатации	ВР37.04.100РЭ	1
6 Паспорт	ВР37.04.100ПС	1

3.2 Комплект поставки гидропанели ГП-409-01 соответствует таблице 3.2.

Таблица 3.2

Наименование	Обозначение	Количество
1 Гидропанель ГП-409-01	ВР37.04.100-01	1
2 Крепление для переливного устройства: – хомут нержавеющей – 1 шт.; – шпилька-шуруп М8×80 – 1 шт.; – дюбель распорный S10×50 – 1 шт.	– – –	1
3 Комплект монтажных частей: – трубка (подводящая) – 1 шт.; АISI 316L Ø _{наруж.} 6×1; L = 500 мм – трубка (сливная) – 1 шт.; ПВХ СТ-18 Ø _{внутр.} 16×2; L = 500 мм	ВР30.08.190 – –	1
4 Комплект запасных частей: – предохранитель температурный – 3 шт.	ВР30.08.160 ВР30.08.140	1
5 Руководство по эксплуатации	ВР37.04.100РЭ	1
6 Паспорт	ВР37.04.100ПС	1

3.3 Комплект поставки гидропанели ГП-409-02 соответствует таблице 3.3.

Таблица 3.3

Наименование	Обозначение	Количество
1 Гидропанель ГП-409-02	ВР37.04.100-02	1
2 Комплект монтажных частей:	ВР37.04.150	1
– трубка (подводящая) ПВХ СТ-18 $\varnothing_{\text{внутр.}} 7 \times 1,5$; L = 1000 мм	–	– 1 шт.;
– трубка (сливная) ПВХ СТ-18 $\varnothing_{\text{внутр.}} 16 \times 2$; L = 1000 мм	–	– 1 шт.
3 Руководство по эксплуатации	ВР37.04.100РЭ	1
4 Паспорт	ВР37.04.100ПС	1

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации ВР37.04.100РЭ на гидропанель.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой по территории Российской Федерации, – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

4.3 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

4.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать гидропанель при выходе ее из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

4.5 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях по вине потребителя.

4.6 В гарантийный ремонт принимается гидропанель в упаковке, обеспечивающей сохранность гидропанели при ее транспортировании и хранении, в комплекте с паспортом на гидропанель и оригиналом рекламации.

4.7 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и изделия с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации гидропанели:

- предохранитель температурный;
- кольца резиновые уплотнительные;
- трубки ПВХ СТ-18.

5 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В конструкции гидропанели отсутствуют драгоценные материалы.

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 В случае обнаружения некомплектности при получении гидропанели потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: market@vzor.nnov.ru
Телефон/факс: (831) 229-65-30, 412-39-53
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

6.2 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: service@vzor.nnov.ru
Телефон/факс: (831) 229-68-44
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

6.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием неисправности или некомплектности.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- Гидропанель ГП-409 ВР37.04.100
- Гидропанель ГП-409-01 ВР37.04.100-01
- Гидропанель ГП-409-02 ВР37.04.100-02

№ _____ упакована ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Гидропанель ГП-409 ВР37.04.100
- Гидропанель ГП-409-01 ВР37.04.100-01
- Гидропанель ГП-409-02 ВР37.04.100-02

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК
М.П.

_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация гидропанели и ее составных частей, признанные не соответствующими технической документации, пришедшие в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащие ремонту осуществляется с учетом требований национальных норм и правил по охране окружающей среды.